

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：弗萊凱可操控式套管 Flexcath Advance Steerable Sheath
衛署醫器輸字第 026048 號

二、收費金額：40300 元（註：自費金額如有異動，請以電腦設定為準）

三、產品特性：

本裝置需搭配用於冷凍消融心臟組織有彈性的氣球導管、“美敦力”冷凍消融儀及組件（衛部醫器輸字第 025958）使用。本導管是以傳統微創技術進入血管組織中。

四、使用原因：

陣發性心房纖維顫動（Paroxysmal atrial fibrillation, PAF）

五、注意事項：

略述，詳細內容請參照衛部醫器輸字第 026048 號 仿單

抗擬血藥物治療。氣球的擴張或縮小。手術中的心臟整流或去顫治療。導管操作。導管完整性。環形定位導管相容性。栓塞風險。環境限制。食道傷害。放置導管時需於 X 光透視導引下。僅供單次使用。經常沖洗導引導線管腔。導引導線相容性。不正確的連結。誘發心律不整。連結裝置的漏電流。膈神經受損。肺靜脈狹窄。射頻燒灼手術。中膈傷害。可操控導管的相容性。滅菌包裝檢查。系統相容性。合格使用者。

六、副作用：

可能的不良反應如下，包括但不限於下列狀況。

貧血。疲勞。焦慮。發燒。心房撲動。頭痛。背痛。咳血。穿刺部位出血。低血壓、高血壓。視力模糊。頭昏。緩脈。心肌梗塞。支氣管炎。噁心嘔吐。瘀傷。神經損傷。心包填塞。心包積液。心肺停止。肺靜脈狹窄。腦血管意外。顫抖。胸部不適胸痛胸悶。呼吸急促。冷感。喉嚨痛。咳嗽。心博過速。死亡。短暫性腦缺血發作（TIA）。腹瀉。泌尿道感染。眩暈。血管迷走神經反應（Vasovagal reaction）。食道損傷（包括心房管瘻管）。視力改變。

七、與健保已給付品項之療效比較：健保無相同品項