

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

使用品項：華斯登髂靜脈支架系統

衛署醫器輸字第 029034 號 院內碼：20210136 自費金額：65000 元

產品特性：

華斯登髂靜脈支架系統適用於髂靜脈，用以治療有症狀的靜脈阻塞。

注意事項：

1. 心導管手術的相對禁忌症為正在進行中的全身感染。
2. 本工具需要搭配遠端濾網使用。
3. 使用本工具，要依病患的血管狹窄程度，鈣化嚴重程度，以及彎曲程度做一併考量。

禁忌症 可能的不良反應如下：

- (1) 常見於經皮穿刺氣球擴張血管整形術之禁忌症同樣適用於本產品支架植入術，包括但不限於：
  - (a) 缺乏遠端徑流
  - (b) 導線或氣球導管進入失敗
  - (c) 鈣化病灶阻礙氣球導管使用
  - (d) 患者具有未治癒的出血性疾病或無法接受抗凝血/或抗血小板凝集治療的患者
  - (e) 在器械進入點無法獲得適當局部止血者

與健保給付品項之療效比較：

比較項目	本項衛材	健保給付品項
負擔	自費 65000	健保給付
適應症	經氣球導管擴張後，血管仍舊狹窄致可能影響血流者	一般氣球導管
效果	從觀察性研究發現若經氣球擴張後狹窄比率仍舊達 50%時，放置支架後一年內再狹窄比率約為 10-15%，追蹤五年後再狹窄比率，臨床症狀嚴重度等仍舊低於單純氣球擴張的效果。	目前仍舊沒有大型臨床研究比較氣球擴張與放置支架的差別。從觀察性研究發現，單純氣球擴張一年發生再狹窄的機率約為 40-50%