

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

使用品項：華斯登髂靜脈支架系統 衛署醫器輸字第 029034 號
自費金額：65000 元(以電腦設定為主)

產品特性：

本產品由兩個部分組成：植入式金屬支架與 UNISTEP Plus 單一步驟傳送系統。

支架結構

支架是由具有輻射不透光核心之超合金(主要成分為鈷鉻)金屬絲網狀編織而成；其結構設計使支架具有彈性、順應性及自體擴張性。

傳送系統

傳送系統由同軸套管組成，在支架展開時，外鞘可限制支架直到展開時收回外鞘。在部份展開支架的情況下，外鞘最多可重新收縮支架兩次。外鞘上的輻射不透光標記帶有助於在手術期間外鞘的定位。內管上的輻射不透光標記帶鄰近支架的近端和遠端，在支架展開時有助於影像顯示。內管中間位置的輻射不透光標記帶則做為支架展開限制的標記。同軸系統中的內管包含可容納 0.035" /0.89 mm 導線的中心內腔。內管近端處有一不鏽鋼管。連結於外鞘近端處的閥體，可沿著不鏽鋼管滑動以協助支架展開和重新收縮。

本產品華斯登髂靜脈支架有下列的直徑：10, 12, 14, 16, 18, 20 mm。見下表髂靜脈支架尺寸規格。

適應症：

華斯登髂靜脈支架系統適用於髂靜脈，用以治療有症狀的靜脈阻塞。

禁忌症：

常見於經皮穿刺氣球擴張血管整形術之禁忌症同樣適用於本產品支架植入術，包括但不限於：

1. 缺乏遠端徑流
2. 導線或氣球導管進入失敗
3. 鈣化病灶阻礙氣球導管使用
4. 患者具有未治癒的出血性疾病或無法接受抗凝血/或抗血小板凝集治療的患者
5. 禁用溶血栓藥物，水楊酸鹽，及抗凝劑者
6. 在器械進入點無法獲得適當局部止血者

與健保給付品項之療效比較：

本項自費醫材無可供比較之健保給付品項