

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：“波士頓科技”安傑特血栓清除導管組(Solent)

衛部醫器輸字第 028794 號 20221416

二、自費金額：126100 元(以電腦設定為準)

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

產品特性：

AngioJet Solent 血栓清除導管組運用高速鹽水在導管尖端形成一個低壓區。血栓被吸入到導管中，並被高速射流擊碎並排出體外。廢液管則會將血栓的碎片從導管傳輸至廢液收集袋以進行最終丟棄。

注意事項：

- 在使用之前先目視檢查 AngioJet Solent 血栓清除導管組，以確保在運輸期間沒有發生損壞。如果導管彎曲或扭結，不要嘗試弄直或使用它。否則可能會導致導管破裂。請不要將已損壞的 AngioJet Solent 血栓清除導管組用於病患治療。
- 如果在推進 AngioJet Solent 血栓清除導管組至病灶部位期間感覺到有阻力，請不要過度強壓或扭轉導管，因為這樣可能導致尖端組件變形，從而降低導管效能。
- 遇到異常阻力，請勿牽引導管。如果在清除導管時感覺阻力增加，請將導管與導引鞘或導引導管作為一個裝置一起取下，以免尖端脫落。

副作用：

- 血管內手術禁忌的病患
- 使用導線無法到達病灶位置的病患
- 無法使用造影劑的病患

與健保給付品項之療效比較：

目前於周邊血管介入性治療中尚無健保給付之品項。