

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：克萊迪脊椎系統(Clydesdale Spinal System)

衛部醫器輸字第 025518 號 院內代碼：20341987

二、自費金額：130,000 元(以電腦設定為準)

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

產品特性：

本產品為針對 L2 至 S1 退化性椎間盤疾病的 PEEK 融合器，提供多種寬度與高度，並有兩種角度的選擇，且含有鈮 (Tantalum) 標誌，可置入於兩個腰椎或薦椎椎體之間，以在腰椎椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正。此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體移植骨質體相互包覆。植骨面積大，子彈型設計方便置入椎體間矯正脊椎。

注意事項：

植入物在使用時會反覆承受應力，因此強度有一定的限制。

副作用：

用於矯正變形時，若植入物尺寸過於小，可能限制椎間盤終版的嚙合，進而導致植入物移位或脫出。

與健保給付品項之療效比較：

本產品具有多種寬度與高度，由純鈦(CP Ti)塗層的 PEEK 融合器所構成，和骨頭接觸更穩固，更容易結合。外觀呈現子彈型，在手術操作中，方便讓醫生植入椎體之間，中空幾何形狀，可以與自體植骨相互包覆，增加骨癒合的機會。

使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

配合微創手術使用。本產品搭配自體移植骨植體一起使用以促使骨頭融合，可搭配核准使用於腰椎之補強性固定系統。適用於 L2 至 S1 患有 1 節或 2 節相鄰節段退化性椎間盤疾病 (DDD) 的病患。

