

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項："迪奧特" 艾托文二極體雷射 "Diotech" Atoven Diode Laser 20406713

二、自費金額：39520元(以電腦設定為準)

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

產品特性：

本產品使用二極體雷射裝置作為手術切開、凝固、破壞軟組織，其雷射波長為 1470 奈米，最大連續輸出為 15 瓦特。

應注意事項：

- 1.持續留意病患的情況，並需使用儀器來監測脈搏。
- 2.使用過程中，醫生應隨時留意雷射的輸出功率是否過高。
- 3.皮膚表面應施予麻醉。
- 4.病患的患部應徹底消毒以避免感染。
- 5.雷射療程時應緩慢平順的移動光纖以避免任何手術風險。
- 6.若病患感到較強烈的疼痛應立即停止治療。
- 7.治療時，若輸出高頻雷射且光纖停滯不移動可能燙傷病患。
- 8.現場人員必須配戴護目鏡且必須遵守雷射設備其操作手冊的安全說明。

副作用：

可能發生的併發症，包括血管穿透、栓塞、肺栓塞、靜脈炎、感染、鄰近神經受損、及皮膚灼傷與變色。

與健保給付品項之療效比較：

無健保給付品項。

四、使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

創傷較小，住院期較短，效果較佳。