

## 全民健康保險病人使用自費醫材說明書

### 一、使用品項：

中文名:關節鏡用電燒探頭 AES-50S (Arthroscopic Energy Probe with suction)

衛署醫器輸字第 030554 號 院內代碼 20800129

### 二、自費金額： 4420 元(以電腦設定為準)

### 三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

#### 產品特性：

1. 為已滅菌之雙極探頭，本產品在手術中能達成快速止血(凝血)效果以及利於做組織切割。且此產品可由手控或腳控來操控，整體設計更符合人體工學，握把上以顏色區分不同功能的按鈕。

#### 注意事項：

1. 不得使用於心臟節律器或其他電子器材植入物的患者，電燒主機可能會造成干擾或損壞節律器。
2. 禁止用於非導電流體介質之關節鏡術式。
- 3.

#### 副作用：

1. 電燒過程產生部份比例之熱損傷。

#### 與健保給付品項之療效比較：

1. 健保並無相對應之品項。

#### 使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

1. 在關節鏡手術中能達快速確實止血及組織切割功能，以維護病患安全。
2. 目前健保無相對應的品項。