

心導管週邊動脈疾病自費醫材說明書

這份說明書是有關您即將接受的週邊血管診療時，依血管病變狀況，可能需要使用的特殊醫材書面說明，由於僅使用健保給付的醫材，將可能無法達到治療效果，但是這些特殊醫材，全民健保並未納入給付，必需自費使用，希望您能充分瞭解資料的內容後，再於自費同意書簽名；如果您還有任何疑問，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

週邊血管切割性氣球導管 Peripheral Cutting Balloon

資材碼	SBAC201S- SBAC803S (共 16 項)
自費金額	23400 元(以電腦設定為主)
產品特性	切割性氣球導管在氣球上附有 3 或 4 個縱向微細刀片，在膨脹氣球的同時，刀片會切割硬化之阻塞血管產生規則性裂痕，減少斑塊回彈情況，擴張血管狹窄部位，繼而降低再狹窄機率。
應注意事項	不能用於冠狀動脈，為降低血管傷害的可能性，切割氣球的擴張直徑與病灶血管近端與末端之直徑比例應不超過 1.1 倍，氣球壓力不可超過壓力爆破指數，血管彎曲度 $>45^{\circ}$ 較不適用。
副作用	使用週邊血管切割性氣球導管介入性手術治療血管狹窄的危險性與傳統氣球導管血管整形術相類似；潛在的危險性包括但不限於：血管內膜剝離、血管破裂、血管栓塞、中風、心律不整、血管傷害、需緊急手術、感染、死亡亦可能發生。
健保已給付品項之療效比較	健保無給付同類品，傳統氣球導管對於某些週邊血管狹窄較硬病灶無法完全擴張，且再狹窄機率較高。
使用原因（含不符健保給付規定之原因）	傳統氣球導管無法擴張之嚴重硬化血管，切割性氣球導管順著刀片傳送可控制的張力順序性擴張，減少傳統氣球導管因不可控制的機械性破壞造成不規則硬化斑塊破裂及斑塊回彈情況，擴張血管狹窄部位，降低血管再狹窄的機會。健保只給付傳統未附刀片的氣球導管。
醫材許可證號	' 010199
替代之健保給付特材名稱	無健保給付同類品可比較