


國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：可調 20 極(雙十極)LW SPIRAL HP 7F
衛署醫器輸字第 021756 號 院內碼：STETD71S~STETD74S
自費金額：65000 元 (以電腦設定為主)

二、產品特性：



本產品是可彎曲、雙向、螺旋環半徑可調的一種電生理導管，由多聚合軸加上鉑金屬電極所組成，請參考上圖：本產品有一個螺旋環 (A) 與一個近側握把 [ComfortGrip 握把]。握把包括：(B) 一個軸控制器，可不對稱地改變軸的遠端處做轉彎和螺旋；(C) 一個環控制器，可改變螺旋環的直徑：約 20mm (C2)、至 15mm (C1);(D) 一個電子連接頭。

三、適應症

本產品可在電生理研究中使用，來刺激心臟和記錄心內的信號。此導管用來標測心房區。

四、禁忌症

本產品禁止作為電燒導管使用。

1. 當有急性因素使得訊號無法代表病人的正常狀態時 [如電解質不正常、急性局部缺血、藥物中毒]，不可以進行電生理研究。
2. 心臟病的病人可能因心律不整而導致非常難以控制而且死亡風險高 [如急性心肌梗塞、心絞痛不穩定、血流不穩定]，禁止使用本產品。
3. 本產品禁用於安裝人工瓣膜的病人，以及病人有左心房血栓或黏液瘤、或者心房間貼片或傳導阻滯。

五、副作用：

1. 對材質會產生金屬過敏反應
2. 因本器材所產生的疼痛、不適或感覺異常
3. 使用電生理導管的危險性包含一般心導管常見的風險，例如血栓、心臟穿孔、心臟填塞、和感染。而電刺激相關的風險還有：引起心房顫動 (AF)、心室跳動過快 ((VT)而需要心臟覆律，和心室纖顫(VF)。

六、與健保給付品項之療效比較：

本項衛材無相對應的健保給付項目。